Biopsy マイクロピペット

海外での許認可取得状況

- CE マーク (CE 0086 取得)
- FDA 認可取得

品質管理項目

- エンドトキシンテスト済み
- マウスエンブリオアッセイテスト済み

先端



極体から、分割期胚・胚盤胞まで対応

- 各ステージの細胞吸引に適した内径を用意
- 先端はファイヤーポリッシュ加工済み

Biopsy マイクロピペット (20本/箱)

製品番号	ベンドアングル	ベンド長	内径 (I.D.)	用途
7-71-14FBXX*/20	30°、35°	0.75mm	14μm	極体
7-71-20FBXX*/20	30°、35°	0.75mm	20μm	胚盤胞
7-71-25FBXX*/20	30°、35°	0.75mm	25μm	胚盤胞
7-71-30FBXX*/20	30°、35°	0.75mm	30μm	割球
7-71-35FBXX*/20	30°、35°	0.75mm	35μm	割球
7-71-40FBXX*/20	30°、35°	0.75mm	40μm	割球

*ベンドアングルの数字が入ります

Biopsy マイクロピペット