

ライトミネラルオイル

クーパースージカルのオイルは、アトミックフィンガープリント法で品質を保ちます。フーリエ変換赤外分光法と核磁気共鳴スペクトル、ガスクロマトグラフィーの3種の分析方法を用い、不飽和炭化水素、微量金属や硫化物、その他の不純物混入の有無を確認します。



Fertilization

Culture

Embryo Biopsy



CooperSurgical®
Fertility Solutions

ライトミネラルオイル

Liquid Paraffin

- ・ 製造工程中でHSA 添加の受精用培養液を用いて洗浄
- ・ 酸化されにくいパラフィンオイル（直鎖型飽和炭化水素）を多く配合
- ・ 滅菌フィルターにて滅菌済み

Oil for Tissue Culture

- ・ 酸化されにくいパラフィンオイル（直鎖型飽和炭化水素）を多く配合
- ・ 滅菌フィルターにて滅菌済み

製品番号	製品名	容量	フェノール レッド	有効期限*	抗生物質	保存温度
1010 0060	Liquid Paraffin	60mL	—	16週間	—	2～8℃
1010 5060	Liquid Paraffin	5×60mL	—	16週間	—	2～8℃
ART-4008-P	Oil for Tissue Culture	100mL	—	2年間	—	2～8℃
ART-4008-5P	Oil for Tissue Culture	500mL	—	2年間	—	2～8℃

※製造日より

品質管理項目

- ・ 無菌テスト済み（Ph. Eur., USP）
- ・ エンドトキシンテスト済み： ≤ 0.1 EU/mL（Ph. Eur., USP）
- ・ マウスエンブリオアッセイ（MEA）済み

本商品は薬機法の定めるところの「医薬品」「医薬部外品」及び「医療機器」ではありません。また、ヒト、動物の診断あるいは治療用として用いるものではありません。
©2023 ORIGIO Japan K.K. All Rights Reserved.

オリジオ・ジャパン株式会社

〒231-0021

神奈川県横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター4F

Tel. 045-319-6826 Fax. 045-319-6581

E-mail: toiawase@coopersurgical.com

Web: <https://coopersurgicalfertility-jp.com/>



CooperSurgical®
Fertility Solutions